

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
отделения

(расшифровка подписи)

«12» 09 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

Многоканальный ультразвуковой дефектоскоп с набором преобразователей и принадлежностей (УЗ преобразователи, приспособления для сканирования и т.д.).

2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

Возможность поставки ультразвукового дефектоскопа A1550 IntroVisor (или аналогичного), который:

1. Обеспечивает работу как с фазированными решетками продольной и поперечной волн, так и с обычными совмещенными и раздельно-совмещенными преобразователями.

2. В комплект поставки должны быть включены три обычных преобразователя типа S3568 2/5A0D10CL, S5182 2.5A65D12CS, S5096 5.0A70D6CS (для дефектоскопа A1550 IntroVisor) или аналогичные:

- Совмещенный преобразователь с частотой около 2 МГц и углом ввода 0° с кабелем,
- Совмещенный преобразователь с частотой около 2 МГц и углом ввода около 35° с кабелем,
- Совмещенный преобразователь с частотой около 2 МГц и углом ввода около 45° с кабелем,

а также:

- фазированная решетка для продольной волны,
- фазированная решетка для поперечной волны,
- фазированная решетка поперечной волны для контроля по радиусу 150 мм или сменный модуль (призма) к поставляемой решетке.

3. Дефектоскоп должен обеспечивать питание как от аккумулятора, так и от сети 220В. В комплект поставки должен быть включен чехол для электронного блока дефектоскопа и все необходимые соединительные кабели.

3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров)

Маркировка прибора должна включать в себя наименование модели и заводской (серийный) номер. Преобразователи должны иметь маркировку их типа

4. Требования к гарантии качества

Поставляемый дефектоскоп должен иметь свидетельство о поверке, выданное Ростестом, со сроком действия на момент поставки не менее 10 месяцев.

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

Срок действия гарантии – не менее 12 месяцев со дня поставки. Гарантийное обслуживание на территории Москвы и Московской области.

6. Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг)

Отсутствуют.

7. Требования к объему технической документации:

Совместно с дефектоскопом должны поставляться:

- инструкция по эксплуатации на русском языке;*
- свидетельство о поверке, выданное Ростестом;*
- паспорт на ультразвуковой дефектоскоп.*

8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», МО, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 21

9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг


Не более 1 месяца после оплаты авансового платежа.

10. Прочие условия:

Отсутствуют

Подписи:

Руководитель отдела 8.10



Болтышов Е. Ф.