

**Опросный лист №3 для выбора  
расходомера РС-СПА- М (модификация РС-СПА-4.3.50)  
Точка контроля -03АТР000F01**

Предприятие:			Дата:		
Адрес:					
Телефон:			Контакт:		
1	Измеряемая среда		Воздух		
2	Расход	нм <sup>3</sup> /ч	Мин. 40	Норм. 220	Макс. 360
3	Давление (избыточное)	МПа	Мин. 0,04	Норм. 0,04	Макс. 0,04
4	Допустимая потеря давления	МПа	Мин. 0,002	Норм. 0,003	Макс. 0,004
5	Температура измеряемой среды	°С	Мин. 20	Норм. 40	Макс. 50
6	Плотность измеряемой среды	кг/м <sup>3</sup>	(при нормальных условиях) 1,2		
7	Какой расход физический или нормальный?		нормальный		
8	Диаметр трубопровода		108x5 мм		
9	Требуется ли приведение прибора к нормальным условиям?		не требуется		
10	Требуется ли приведение прибора к массе?		нет		
11	Соединение		фланцевое		
12	Тип фланца по стандарту		Фланец 2-50-10 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80		
13	Взрывобезопасность		не требуется		
14	Температура окружающей среды	°С	Мин. 15	Макс. 30	
15	Форма выходного сигнала		RS232		
16	Класс точности		1,5%		
17	Цена младшего разряда		-		
18	Количество приборов		1		

Составил 06.08 Н.А.ЕршоваСогласовал Нераул П.Р.Недоурова