№ п/п	Наименование расчетной точки	Расстояние до стенки, перекрытия, см	Толщина существу-ющей ж/б стенки, перекрытия, см	Расстояние от мишени до расчетной точки, см	Коэффициент, учитывающий направление нейтронного излучения	Мощность дозы за железобетонной защитой, мкЗв/ч	Примечание
I При одновременной работе 2-х дальних мишеней							
1	Наружная поверхность лобовой стенки (ось 132, точка по оси пучка)	450	150	600	1,0	1196,56	Мощность дозы превышает допустимое значение в десятки раз
2	Боковая стенка (ось 207, перпендикулярно мишени)	260	70	330	0,15	595208	– « –
3	Пол в помещении № 100 (наружная поверхность перекрытия)	90	150	240	0,15	1121,6	– « –
4	Наружная поверхность задней стенки (вдоль оси 129)	1010	90	1100	0,1	2587	– « –
II При одновременной работе 2-х ближних мишеней							
1	Наружная поверхность стены вдоль оси 129	225	90	315	1,0	315530	
2	Наружная поверхность стены по оси 207	260	70	330	0,15	615250	
3	Наружная поверхность железобетонного перекрытия монтажного проема	240	150	390	0,15	487	
4	Наружная поверхность железобетонной стены по оси 132	1250	150	1400	0,1	3,03	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ПНСА.158-РБ-ПЗ

Лист 7