2.6 Блок излучателя ускорителя размещается на специальном механизме перемещения, который перемещается в пределах рабочей площади. С помощью приводных механизмов можно перемещать блок излучателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях, устанавливая его в нужное положение по отношению к просвечиваемому участку. Управление работой ускорителя осуществляется оператором на пульте.

2.8 Установка снабжена системой контроля мощности дозы рентгеновского излучения и автоматом, выключающим электронный пучок после набора заданной оператором дозы.

2.9 Фотообработка снимков предусмотрена с помощью фотоавтомата АФ-40. Автомат производит проявление пленки, фиксацию, отмывание и сушку. Проявленный снимок выдается сухим. Загрузка автомата и выгрузка производятся в одном месте.

2.10 Дозиметрический контроль предусмотрен индивидуальный и контроль помещений. Для проведения дозиметрического контроля предусмотрено соответствующая аппаратура и приборы.

3. Режим работы

Рентгеновская лаборатория работает в 3 смены, продолжительность смены принята 7 часов, с двумя выходными днями.

4. Оборудование

3.1 Оборудование лаборатории принято на основании нормативных материалов и по аналогии с ранее выполненными проектами, в комплекте, обеспечивающем выполнение всех необходимых работ в соответствии с назначением лаборатории.