



КОМБИНАТ

ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»Коммунистический пр., д. 6а,
г. Лесной, Свердловская обл., 624200
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03
Телетайп: 221210 «Радар»
E-mail: main@ehp-atom.ruИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

18.08.2015 № 191-055-73/104

На № _____ от _____

Разъяснение положений закупочной документации

Для публикации на общероссийском официальном сайте закупок: www.zakupki.gov (№ процедуры 31502661362), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: www.zakupki.rosatom.ru (№ процедуры 150813/0477/598), на сайте ЭТП «АКД»: www.a-k-d.ru (№ процедуры №Z040009) (камеры).

Уважаемые участники закупочной процедуры
№31502661362, 150813/0477/598, № Z040009

По данной процедуре поступил вопрос от претендента / участника следующей формулировкой :

По нашему мнению в ТЗ допущена ошибка в разделе 4 (технические требования). стабильность поддержания влажности в рабочем объеме не более +1% это нереальный показатель и достичь его при таком объеме рабочей камеры имеющимися на сегодняшний день технологиями нереально. Просим проверить ТЗ на наличие ошибки.

Ответ закупочной комиссии:

Климатическая камера будет применяться при проверке термогигрографов. Во время проведения поверки эталонный прибор располагается в одной точке камеры, а поверяемые приборы занимают весь объем камеры, в связи с этим для достоверных результатов поверки нестабильность влажности по всему объёму камеры должна быть не более 1%, в противном случае это приведёт к получению недостоверных результатов поверки.

В ходе подготовительной работы были получены подтверждения возможности изготовления камеры с требуемыми по ТЗ характеристиками погрешности.

На основании вышеизложенного требования, установленные в ТЗ по нестабильности влажности ($\pm 1\%$) подтверждаем.

С уважением,
председатель закупочной комиссии
заместитель генерального директора по логистике

Ларионов И.А.