


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R3.02158.2.0.34		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расходомер-счетчик ультразвуковой. Измеряемая среда-вода; верхний диапазон измерений 500 м³/ч; Ду 250 мм; Рраб 2,0 кгс/см²; относительная погрешность ±(0,95+0,1/v) %, вывод информации на жидкокристаллический индикатор: а) Измерительный участок из нержавеющей стали (OUC10F12), ИУ-112 -1 шт.; б) Преобразователь электроакустический врезной (OUC10F12B01, OUC10F12B02), ПЭА-2 шт.; в) Вторичный измерительный преобразователь (OUC10F12P01), ВП-1 шт. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	УРСВ-510 Ц -	-	ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург	компл.	1	-	-	Смотрите опросный лист № 12
	Расходомер-счетчик ультразвуковой. Измеряемая среда-вода; верхний диапазон измерений 160 м³/ч; Ду 200 мм; Рраб 5,0 кгс/см²; относительная погрешность ±(0,95+0,1/v) %, вывод информации на жидкокристаллический индикатор: а) Измерительный участок из нержавеющей стали (OUA66F01, OUA67F01, OUA68F01), ИУ-112 -3 шт.; б) Преобразователь электроакустический врезной (OUA66F01B01, OUA66F01B02, OUA67F01B01, OUA67F01B02, OUA68F01B01, OUA68F01B02), ПЭА-6 шт.; в) Вторичный измерительный преобразователь (OUA66F01P01, OUA67F01P01, OUA68F01P01), ВП-3 шт. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	УРСВ-510 Ц	-	ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург	компл.	3	-	-	Смотрите опросный лист № 1

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

2	-	Зам.	276-12		27.04
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.UA10.3017.034.04.00.001