



КОМБИНАТ  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. ба,  
г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73  
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03  
Телетайп: 221210 «Радар»  
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577  
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

18.05.2015

№ 191-055-73/

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Разъяснение положений закупочной документации

Для публикации на общероссийском официальном сайте закупок: [www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov) (№ процедуры 31502358176), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: [www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru) (№ процедуры 150515/0477/378), на сайте ЭТП «А-К-Д»: [www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) (№ процедуры №АС20706) (измерительное и аналитическое оборудование).

Уважаемые участники закупочной процедуры  
№31502358176, 150515/0477/378, № АС20706

По данной процедуре поступил вопрос от претендента / участника следующей формулировкой:

Просим уточнить диапазоны измерения температуры по Пирометру инфракрасному с видеоискателем вместо лазерного указателя, т.к. для данной модели запрашиваемой к поставке, диапазон измерения температуры от +100°C – до +700°C

Ответ закупочной комиссии:

На Ваш запрос сообщаем следующее, в техническом задании нет указания на конкретную модель пирометра, но при написании диапазона действительно произошла опечатка, прошу считать верным нижеуказанный диапазон измерения температуры:

– Минимальный порог измерения температуры не более + 100°C; максимальный порог измерения температуры не менее + 700°C.

С уважением,  
председатель закупочной комиссии  
заместитель генерального директора по логистике

Ларионов И.А.