


Утверждаю
 Главный инженер

 Г.В. Кондратьев
 « » 2015г.

**Техническое задание
 на поставку оборудования.**

1. Наименование лота: Газоанализатор.

Наименование	Срок гарантии	Количество
Газоанализатор типа ГИАЦИНТ или аналог	Не менее 12 месяцев	1 шт.
Назначение		
Измерение объемной доли кислорода в газовых смесях кислорода и азота.		
Состав комплекта		
1. Газоанализатор ГИАЦИНТ или аналог		1 шт.
Принцип действия газоанализатора		
Применение потенциометрической твёрдоэлектролитной ячейки		
Технические характеристики		
Диапазоны измерений объемной доли кислорода		80...100% 98... 100%
Абсолютная погрешность на диапазоне 80..100%		±0,5%
Абсолютная погрешность на диапазоне 98..100%		±0,1%
Время установления показаний Для области измерений более 0,1 до 100% (включительно), не более		60 секунд
Унифицированный выходной сигнал для каждого диапазона измерений		0-5 или 4-20 мА
Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха - атмосферное давление - относительная влажность - избыточное давление анализируемого газа на входе		от +5 до +50 °С 84...106,7кПа 0...80% от 50 до 600 кПа
Потребляемая мощность, не более		150 Вт
Масса: датчик блок измерений		4 кг 4 кг
Средняя наработка на отказ, не менее		20000 ч
Средний срок службы, не менее		10 лет

2. Условия поставки, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Требование к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требование к технической документации.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей.

5. Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть новым, (год выпуска не ранее 2012г, не допускается поставка выставочных и опытных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поверенным, поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование, подлежащие обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

6. Место поставки и условия допуска:

Пензенская область г. Заречный, пр-т Мира д. 1.

Поставщик должен проводить сервисное обслуживание в гарантийный период специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

7. Срок поставки товара.

Поставка оборудования осуществляется в срок до 01.05.2015года.

8. Условия оплаты: 30%-аванс, 70%- по факту поставки на склад заказчика.

Начальник управления капитального строительства

С.В.Митин

Главный энергетик

А.В. Савинкин

Начальник цеха № 13

С.Ю. Сизов

Сизов С.Ю.
68-60, 23-29-60
Морозов Ю.М.
71-64