


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера

 (А.В. Селезнёв)

«16» декабря 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

- 1) Комплект спектроанализатора PULSE 3660D-LAN-XI BK

2. Технические требования к поставке товара:

Комплектность поставки:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Изготовитель
1	Комплект спектроанализатора PULSE 3660D-LAN-XI BK	Ком пл.	1	Brüel & Kjær (или аналог)
1.1	Базовый блок анализаторов спектра LAN-XI, 11 слотов	шт.	1	
1.2	Входной модуль 6 каналов BNC LAN-XI	шт.	11	
1.3	Адаптер 10-32UNF/BNC	шт.	66	
1.4	Монтажный комплект для 19" контейнера	шт.	1	
1.5	Программное обеспечение PULSE Reflex Core	шт.	1	
1.6	Модуль геометрии PULSE Reflex Geometry	шт.	1	
1.7	Расширенный набор функций сбора и анализа данных	шт.	1	
1.8	Программное обеспечение цифрового магнитофона	шт.	1	
1.9	Аппаратный драйвер	шт.	1	
1.10	Стационарная рабочая станция 19", включая MS Windows 7 и MS Office	шт.	1	

Условия поставки

Поставка оборудования осуществляется Поставщиком на условиях DDP (Инкотермс 2010) в случае поставки иностранного товара. В случае поставки российского товара в общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, налогов и других обязательных платежей.

3. Требования к упаковке и маркировке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода механических и иных повреждений, порчи при его перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения на открытом пространстве, а также предохранять от атмосферных воздействий. Упаковка должна предохранять оборудование при хранении в период гарантийного срока.

4. Требования к гарантии качества

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования в соответствии с техническим описанием производителя, а также обеспечивает техническое обслуживание и ремонт оборудования, вплоть до полной его замены при необходимости, устанавливаемой Заказчиком.

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

- Гарантийный срок должен быть не менее 24 месяцев

6. Дополнительные требования к качеству товара: нет

7. Требования к объему технической документации:

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

- техническое описание и руководство по эксплуатации (на русском языке);
- паспорт;
- копию документа об утверждении типа (с описанием типа), свидетельства о поверке с методикой поверки
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода

8. Место поставки товара:

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, Московская обл., 142103,

9. Срок поставки товара:

- 42 дня с даты заключения договора

10. Прочие условия: нет

Начальник лаборатории

СОГЛАСОВАНО:



26.12.12

В.У. Хайретдинов

Главный метролог



26.12.12

А.И. Новиков