

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Г.В. Кондратьев

« » 2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств измерений, приобретаемое по программе ТП – 2015 года
п.п. 8.1.20. *л*

1. Технические характеристики оборудования

№ п/п	Наименование	Срок гарантии	Кол-во
1	Весы аналитические ВЛ-320С	не менее 12 месяцев	1
2	Свидетельство о первичной поверке каждого средства измерения		1
3	Методика поверки каждого типа средства измерения		1
4	Копия сертификата об утверждении типа средства измерения, действующего на данный тип средства измерения по дате его выпуска		1
Весы аналитические ВЛ-320С			
Назначение			
Предназначены для взвешивания образцов с максимальной массой 320г.и дискретностью 0,1мг.			
Технические характеристики			
НПВ: 320 г.			
НмПВ: 0,01 г.			
дискретность: 0,0001 г.			
класс точности: I(Специальный)			
калибровка: самокалибровка			
Размер чаши: 91 мм 80 мм. <i>В.И. Мухомин А.А. 26.03.15.</i>			
Габаритные размеры: 356x220x338 мм			
Масса: 7,6 кг.			

Требуемое оборудование является дооснащением имеющегося комплекта оснастки, замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с приобретенным оборудованием для выполнения технологических процессов и непрерывности производственного цикла, в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.2 Б.

2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, обязательные расходы на проведение первичной поверки, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, сертификат регистрации в Государственном реестре средств измерений и допуске к применению в Российской Федерации, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов.

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки и подключения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

Средства измерений в обязательном порядке должны поставляться с сертификатом о проведенной первичной поверке.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

7. Условия оплаты

30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

8. Срок поставки- ~~2015 год~~ до 01.06.2015г.

Начальник цеха № 08

М.Г.Андрюшечкин

Главный технолог

В.А. Белов

Начальник ОКС

В.В. Колмогорцев

СОГЛАСОВАНО

Начальник отд. №16

А.А. Ефимов

« 11 » 02 2015

Трушнин Алексей Александрович

34-07

СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ №08

12.02.2015 № 08-4/156
Обоснование на Весы аналитические ВЛ-
320С

Обоснование
к ТЗ на приобретение Весы аналитические ВЛ-320С

Принимая во внимание, что требуемое оборудование указано в конструкторской документации на изделие 9М123..., замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения требований конструкторской документации, то есть по решению заказчика, для выполнения технологических процессов изготовления приборов точной механики и приборов электроники, что допускается ЕОСЗ п.12.2.2.

«ЕОСЗ п.12.2.2 В случае, указанном в п. 12.2.2.1 б), слова «или аналог» («или эквивалент») можно не указывать:

б) по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков; при этом обоснование такого решения указывается в документации процедуры закупки»

Начальник цеха №08



М.Г. Андрюшечкин